

WAARSCHUWINGSKAART voor de patiënt

EXTRANEAL (icodextrine): Risico op foutieve bloedglucosemetingen

Gebruik UITSLUITEND glucosemonitors en -teststrips die glucosespecifiek zijn. Deze methoden worden algemeen gebruikt in klinische laboratoria. Neem contact op met de fabrikant van de glucosemonitors en -teststrips om vast te stellen welke methode wordt gebruikt.

Gebruik GEEN glucosemonitors of -teststrips op basis van het enzym glucosedehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) of glucose-dyeoxidoreductase. Daarnaast mogen sommige - maar niet alle - monitors of teststrips die zijn gebaseerd op het enzym glucosedehydrogenase met flavineadeninedinucleotide (GDH-FAD), niet worden gebruikt. Gebruik van deze methodes kan leiden tot foutief verhoogde bloedglucosewaarden bij patiënten die **EXTRANEAL** (icodextrine) gebruiken ten gevolge van interferentie van maltose.

Foutief verhoogde bloedglucosewaarden kunnen echte hypoglykemie maskeren of leiden tot de onjuiste diagnose van hyperglykemie, wat levensbedreigende gevolgen kan hebben. Aanvullende informatie vindt u op www.glucosesafety.com. Hier vindt u ook een lijst van compatibele glucosemonitors.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

Zie ommezijde voor waarschuwingen

Naam van de patiënt

gebruikt de oplossing voor peritoneale dialyse
EXTRANEAL (icodextrine)

Contactgegevens voor noodgevallen

Dialyseafdeling _____

Andere contactpersoon _____

Vantive en Extraneal zijn handelsmerken van Vantive Health LLC of haar dochterondernemingen.

Opgesteld in November 2024

WAARSCHUWING

Risico op foutieve bloedglucosemetingen

Naam van de patiënt

Gebruik UITSLUITEND glucosemonitors en -teststrips die glucosespecifiek zijn. Deze methoden worden algemeen gebruikt in klinische laboratoria. Neem contact op met de fabrikant van de glucosemonitors en -teststrips om vast te stellen welke methode wordt gebruikt.

Gebruik GEEN glucosemonitors of -teststrips op basis van het enzym glucosedehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) of glucose-dyeoxidoreductase. Daarnaast mogen sommige - maar niet alle - monitors of teststrips die zijn gebaseerd op het enzym glucosedehydrogenase met flavineadeninedinucleotide (GDH-FAD), niet worden gebruikt. Gebruik van deze methodes kan leiden tot foutief verhoogde bloedglucosewaarden bij patiënten die **EXTRANEAL** (icodextrine) gebruiken ten gevolge van interferentie van maltose. Foutief verhoogde bloedglucosewaarden kunnen echte hypoglykemie maskeren of leiden tot de onjuiste diagnose van hyperglykemie, wat levensbedreigende gevolgen kan hebben.

Aanvullende informatie vindt u op www.glucosesafety.com. Hier vindt u ook een lijst van compatibele glucosemonitors.

gebruikt de oplossing voor peritoneale dialyse **EXTRANEAL** (icodextrine)

Vantive en Extraneal zijn handelsmerken van Vantive Health LLC of haar dochterondernemingen.

Opgesteld in November 2024