

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Uro-tainer chloorhexidinediacetaat 1:5000, spoelvloeistof voor blaas- en katheterspoeling Chloorhexidinediacetaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Uro-tainer chloorhexidinediacetaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS URO-TAINER CHLOORHEXIDINEDIACETAAT EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat is een antiseptisch middel, waarbij chloorhexidine het werkzame deel is van chloorhexidinediacetaat.

U krijgt deze oplossing wanneer er bij u een urinekatheter is ingebracht en deze enige tijd blijft zitten. Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat wordt dan gebruikt om de katheter te spoelen, om het risico op blaasinfecties door de katheter te verminderen of deze te behandelen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- als u een pijnlijke blaas heeft
- als uw urineweg geblokkeerd is (urinewegobstructie)

Uw arts zal u controleren om na te gaan of u een allergische reactie krijgt. Mocht een dergelijke reactie optreden dan zal de arts u de noodzakelijke behandeling geven.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat mag tijdens de zwangerschap en borstvoedingperiode gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Dit product wordt gewoonlijk toegediend door een deskundige in de gezondheidszorg. Als u het zelf moet toedienen dan heeft de arts of verpleegkundige u uitgelegd hoe u dit moet doen.

Het gebruikte doseringsschema verschilt per patiënt. Een tot twee spoelprocedures (irrigaties) per dag kunnen noodzakelijk zijn. Voor behandeling van infecties heeft u mogelijk ook een behandeling met antibiotica nodig.

De oplossing wordt in de blaas ingebracht door middel van een katheter die permanent in uw blaas verblijft (verblijfskatheter).

De container moet voldoende hoog boven u worden geplaatst zodat de oplossing door de katheter kan stromen. Indien nodig kunt u zachtjes in de zak knijpen. De oplossing moet 10-15 minuten in de blaas blijven.

Indien gewenst kunt u de oplossing opwarmen tot lichaamstemperatuur door de container kortdurend in een waterbad met de juiste temperatuur onder te dompelen.

Na afloop van de irrigatietijd (die individueel wordt bepaald) opent u de slang en plaatst u de zak lager dan u, zodat de oplossing terug kan vloeien in de container.

Voor alle irrigatieprocedures moeten de volgende hygiënische maatregelen worden nageleefd:

- Voordat u het benodigde materiaal klaarlegt, wast en desinfecteert u uw handen.
- Laat de urine uit de blaas lopen totdat de blaas leeg is.
- Desinfecteer uw handen voordat u de urineopvangzak en katheter verwijdert.
- Het gebied waar de procedure wordt uitgevoerd, dient steriel te zijn en blijven.
- Spoel de katheteropening met een desinfecterend middel.
- Raak de steriele delen van connectoren en slangen niet aan.

De behandeling mag uitsluitend worden verricht op voorschrift van een arts en onder strikte ziektekiemvrije (aseptische) omstandigheden.

Meer bijzonderheden over de toedieningstechniek vindt u onderaan deze bijsluiter.

De duur van de behandeling moet individueel worden bepaald.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Er worden geen negatieve effecten verwacht wanneer dit geneesmiddel vaker wordt gebruikt dan voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u eerder stopt met het gebruik van Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat kunt u een groter risico hebben op blaasinfecties.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als een van de volgende bijwerkingen optreedt, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk een arts:

- overgevoeligheid, anafylaxie
- pijn, pijn of branderig gevoel bij plassen.

Als het product niet wordt verdragen moet de behandeling onmiddellijk worden beëindigd.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl).

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5 HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op het zakje na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

De container in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

De container op een droge plaats bewaren ter bescherming tegen vocht.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Gebruik dit middel niet als u merkt dat de oplossing niet helder is of als het zakje en de sluiting zichtbare tekenen van schade tonen.

De zakjes zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6 INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is chloorhexidine.
1000 ml oplossing bevat 0,2 g chloorhexidinediacetaat
- De andere stoffen in dit middel zijn:

Sorbitol E420, natriumacetaat trihydraat, azijnzuur, (ijsazijn) water voor injecties

Hoe ziet Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Uro-Tainer chloorhexidine is een oplossing voor spoeloplossing (bijvoorbeeld voor het spoelen van katheters).

Het is een heldere, kleurloze oplossing van chloorhexidine in water.

Het wordt geleverd in plastic zakken van 50 ml of 100 ml en is verkrijgbaar in verpakkingen van 6 x 50 ml, 10 x 50 ml, 10 x 100 ml, 6 x (10 x 100 ml)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Duitsland

Postadres:

34209 Melsungen, Duitsland

Telefoon: +49-5661-71-0

Fax: +49-5661-71-45 67

Fabrikant

B. Braun Melsungen AG
Route de Sorge 9,
1023 Crissier, Zwitserland

Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat 1:5000, spoelvloeistof voor blaas- en katheterspoeling, is in het register ingeschreven onder nummer RVG 10230

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel in Nederland contact op met:

B. Braun Medical BV
Postbus 659
5340 AR Oss
Tel: 0412-672411
Fax: 0412-672490
Email: info.bbmdl@bbraun.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2015.

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik

In aanwezigheid van organische materialen (bijv. bloed) kan de antimicrobiële activiteit van chloorhexidine verminderd zijn. Dit is vanwege de binding van chloorhexidine aan eiwitten.

Verdere instructies voor verwerking

1.

Het zakje met Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat wordt steriel geleverd en dient niet uit de buitenverpakking te worden genomen tot vlak voor gebruik. Indien gewenst kan men de oplossing op lichaamstemperatuur brengen door het omwikkelde zakje in lauw water onder te dompelen.

2.

Gebruiksaanwijzing: zie bijlage

Gebruiksaanwijzing

B. Braun Melsungen AG D-34212 Melsungen

Uro-Tainer® 50 ml en 100 ml Spoelvloeistof voor blaas- en catheterspoeling

Teneinde de steriliteit van de buitenzijde van de Uro-Tainer® te waarborgen, verdient het de voorkeur de omverpakking pas op het moment van toedienen te verwijderen.


1. Scheur het sachet open en neem de Uro-Tainer® eruit.




2. Sluit met behulp van de klem de canule van de Uro-Tainer® af.




3. Verwijder de veiligheidsring.




4. Trek de beschermkap van de cathetertip.




5. Sluit de cathetertip aan op de catheter van de patiënt.




6. Open de canule door de klem terug te schuiven.




7. De klem opnieuw op de canule plaatsen.



8. Na minimaal 15 tot 30 minuten de klem terugschuiven en de spoelvloeistof terug laten stromen in het zakje.



9. De klem op de canule schuiven en de cathetertip met een draaiende beweging uit de catheter nemen, waarna de catheter weer op het steriele receptaculum (urine-opvangzak) wordt aangesloten.



B | BRAUN